

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 16C028/0271


หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0274

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
Mechanical (cont.)	Force measuring system and Universal testing machine (Class 0.5, 1, 2, and 3) Tension mode 100 N to 1 kN > 1 kN to 5 kN > 5 kN to 20 kN > 20 kN to 100 kN Compression mode 100 N to 1 kN > 1 kN to 5 kN > 5 kN to 20 kN > 20 kN to 100 kN	0.36 % 0.47 % 0.49 % 0.65 % 0.31 % 0.46 % 0.30 % 0.60 %	ISO 7500-1 : 2004
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ลงชื่อ



(นายธวัช ผลความดี)

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม